

ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ СПОСОБОМ ИЗ ОДНОГО ИСТОЧНИКА

г. Усть-Каменогорск

«25» ноября 2024 года

Наименование закупки – закуп товара

Заказчик - НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»





Организатор закупок – отдел науки и коммерциализации научных проектов

Руководитель проекта – Л. Сулюбаева

Адрес организатора закупок – г.Усть-Каменогорск, улица Казахстан, 55, 407 каб.

Дата, время - 25.11.24 г., 18:00 часов

Состав комиссии:

№	ФИО	Должность в Обществе	Роль в комиссии	Подпись
1.	Мукажанов Е.Б.	Член правления - проректор по экономическим вопросам и цифровизации	Председатель комиссии	
2.	Ровнякова И.В.	Зам. председателя правления -проректор по СР и МС	Заместитель председателя комиссии	
3.	Алимбекова Н.Б.	Член правления – проректор по академическим вопросам	Член комиссии	
4.	Буйткенов Д.Б.	Ведущий научный сотрудник НИЦ «Инженерия поверхности и трибология»	Член комиссии	
5.	Ақатан Қ.	Заведующий ННЛКП	Член комиссии	
6.	Тарлаубай М.Ш.	Директор НИИ «Алтайтану»	Член комиссии	
7.	Маулит А.	И.о. руководителя технопарка «Shygys Bastau»	Член комиссии	

Перечень закупаемых товаров с указанием общей суммы 67 600 000 (шестьдесят семь миллионов шестьсот тысяч) тенге без учета НДС.

№	№ лота	Наименование лота	Количество	Цена за единицу без учета НДС.	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС, тенге
1.	Лот №1 Сканирующий Электронный Микроскоп (СЭМ)	Сканирующий Электронный Микроскоп (СЭМ)	1	67 600 000тг	67 600 000тг

1. На основании пп.4) п.9.13.3 П ВКУ 023-24 от 11.06.2024 г. комиссия провела закупки способом из одного источника.
2. Обоснования применения данного способа: пп.4) п.9.13.3, Положения о закупках товаров, работ, услуг для проведения научных исследований, осуществляемых из средств грантового, программно-целевого финансирования и коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности П ВКУ 023-24 от 11.06.2024 (далее - Положение) способом «Из одного источника путем прямого заключения».
3. Соответствие товара ТОО «Oxscop» технической спецификации, определенной руководителем проекта.

№	Наименование товара	Техническая спецификация руководителя проекта	Техническая спецификация поставщика	Соответствует /не соответствует
1.	Сканирующий Электронный Микроскоп (СЭМ)	Электрооптические системы: Электронная пушка: предварительно выровненная вольфрамовая нить среднего размера в форме шпильки; Высокий вакуум: - 3 нм при 30 кВ (SE); - 4 нм при 30 кВ (BSE); - 8 нм при 3 кВ (SE); Низкий вакуум: - 3 нм при 30 кВ (SE); Увеличение: - 1-300,000х (пленка); - 1-1000,000х; Ускоряющее напряжение: 0,2 кВ ~ 30 кВ; Ток зонда: $\geq 1,2$ мкА, отображение в реальном времени; Системы визуализации: Детекторы СЭМ: детектор обратно рассеянных электронов (BSED); детектор вторичных электронов низкого вакуума (SE); энергодисперсионная спектроскопия (EDS/EDX) и т. д. Вакуумная система:	Электрооптические системы: Электронная пушка: предварительно выровненная вольфрамовая нить среднего размера в форме шпильки; Высокий вакуум: - 3 нм при 30 кВ (SE); - 4 нм при 30 кВ (BSE); - 8 нм при 3 кВ (SE); Низкий вакуум: - 3 нм при 30 кВ (SE); Увеличение: - 1-300,000х (пленка); - 1-1000,000х; Ускоряющее напряжение: 0,2 кВ ~ 30 кВ; Ток зонда: $\geq 1,2$ мкА, отображение в реальном времени; Системы визуализации: Детекторы СЭМ: детектор обратно рассеянных электронов (BSED); детектор вторичных электронов низкого вакуума (SE); энергодисперсионная спектроскопия (EDS/EDX) и т. д. Вакуумная система:	Соответствует

	Высокий вакуум: лучше 5×10^{-4} Па; Низкий вакуум: 5 ~ 1000 Па; Режим управления: полностью автоматизированное управление; Камера для образцов: Камера: оптическая навигация; мониторинг в камере образцов Таблица образцов: пятиосевой автоматический; Диапазон сцен: X: 120 мм; Y-образный: 115 мм; Z: 50 мм; П: 360°; T: -10° ~ +90°; Программное обеспечение: оптическая навигация, быстрая навигация жестами; автоматическая яркость и контрастность, автоматическая фокусировка, автоматический стигматор; коррекция астигматизма с помощью интеллектуального изображения; сшивание изображений с большим полем зрения (опционально) Требования к установке: Температура: 20°C (68°F) ~ 25°C (77°F); Влажность: ≤ 50 %; Источник питания: 220 В переменного тока (±10 %), 50 Гц, 2 кВА; Переменный ток 110 В (±10%), 60 Гц.	Высокий вакуум: лучше 5×10^{-4} Па; Низкий вакуум: 5 ~ 1000 Па; Режим управления: полностью автоматизированное управление; Камера для образцов: Камера: оптическая навигация; мониторинг в камере образцов Таблица образцов: пятиосевой автоматический; Диапазон сцен: X: 120 мм; Y-образный: 115 мм; Z: 50 мм; П: 360°; T: -10° ~ +90°; Программное обеспечение: оптическая навигация, быстрая навигация жестами; автоматическая яркость и контрастность, автоматическая фокусировка, автоматический стигматор; коррекция астигматизма с помощью интеллектуального изображения; сшивание изображений с большим полем зрения (опционально) Требования к установке: Температура: 20°C (68°F) ~ 25°C (77°F); Влажность: ≤ 50 %; Источник питания: 220 В переменного тока (±10 %), 50 Гц, 2 кВА; Переменный ток 110 В (±10%), 60 Гц.	
--	---	---	--

4. Информация о привлечении экспертов, представленных ими заключений – нет.

5. Комиссия по результатам данных закупок способом из одного источника
РЕШИЛА:

- 1) закупить товар у поставщика - ТОО «Oxscon», РК, г.Алматы, Наурызбайский район, мкр.Абай, ул.Алтын Орда, здание 6/12, н.п. 7. как у потенциального поставщика, допущенному на участие в конкурсе, на условиях, предусмотренных его заявкой, и цена заключенного договора о закупках не должна превышать его конкурсное ценовое предложение.
- 2) Заказчику: НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» в срок до 05.12.2024 года заключить договор о закупках с ТОО «Oxscon».
- 3) Организатору закупок: отделу науки и коммерциализации научных проектов разместить текст настоящего протокола на сайте Заказчика.

Председатель комиссии

Мукажанов Е.Б.

**Заместитель председателя
комиссии**

Ровнякова И.В.

Член комиссии

Алимбекова Н.Б.

Член комиссии

Акатан К.

Член комиссии

Буйткенов Д.Б.

Член комиссии

Маулит А.

Член комиссии

Тарлаубай М.Ш.

Секретарь комиссии

Торегужинова Г.А.